Sanomed®

SANOMED 424
Kýlní pupeční pás

Pás určený k fixaci a odlehčení při pupeční nebo břišní kýle.



www.sanomed.cz

MD CE

Návod na použití SANOMED 424

Děkujeme, že jste si vybrali náš kýlní pás. Tento návod vám jej pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

- podpora a fixace v oblasti břišní stěny při pupeční kýle
- prevence zvětšování kýly
- používání po chirurgických zákrocích břišní stěny (dle doporučení lékaře)
- zpevnění oslabené břišní stěny při fyzické námaze.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím pásu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

Nepoužívejte pás na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku. Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání
Před prvním použitím zkontrolujte, zda je pás čistý a nepoškozený. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Příprava:
Pás používejte nejlépe na tenké prádlo nebo přímo na tělo.

Nasazení:

- obtočte pás kolem pasu tak, aby pelota byla umístěna na oblast pupku
- přední část pásu by měla být umístěna rovně přes oblast břicha

Zapnutí:

- přitáhněte konce pásu rovnoměrně tak, aby byl zajištěn mírný tlak na kýlu, a zapněte suchý zip
- tlak nesmí způsobovat bolest ani omezovat dýchání

Nošení:

- pás noste dle pokynů ošetřujícího lékaře, obvykle přes den při chůzi nebo fyzické námaze
- na noc se pás obvykle sundává, pokud lékař neurčí jinak.

Upozornění:

- Pás není náhradou chirurgické léčby kýly, slouží jako podpůrná pomůcka.
- Nepoužívejte při otevřených ranách, zánětech kůže nebo alergii na materiál.
- Pokud cítíte bolest, tlak, mravenčení nebo zhoršení kýly, ihned pás sundejte a kontaktujte lékaře.
- Vždy používejte podle doporučení odborníka.

Údržba a čištění:

- Perte ručně ve vlažné vodě (max. 30°C) s jemným pracím prostředkem
- Neždímejte, nesušte v sušičce ani na přímém slunci
- Nežehlete

Skladování:
Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci pásu tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Česko

e-mail: eshop@sanomed.cz

MD Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:

BA, PES

Ohlašovací povinnost:
Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.7.2025