SANOMED WalkerSan
Pooperační ortéza

Krátká nafukovací pooperační
hlezenní ortéza typu walker



www.sanomed.cz

MD CE

Návod k použití

WalkerSan – pooperační hlezenní ortéza typu walker, krátká verze (30 cm)



Určení ortézy

Ortéza holeně a chodidla k imobilizaci v definované poloze. Skládá se z pevné skořepiny, vnitřní boty se vzduchovými komorami, přední dlahy s pumpou a ventilem, popruhů a nastavitelné ochrany prstů. Univerzální provedení pro pravou i levou nohu.

Indikace

Všechny stavy, kdy je nutná klidová poloha oblasti holeně a chodidla v definované poloze, například:

- po poraněních Achillovy šlachy (konzervativní i pooperační léčba),
- stabilní zlomeniny chodidla a kloubů a jejich následná léčba (konzervativní),
- po luxaci horního hlezenního kloubu,
- po poraněních vazů, měkkých tkání a šlach (pooperační i konzervativní léčba).

Před použitím

1. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod a uschovejte jej.
2. Ortéza je zdravotnický prostředek. Používejte ji podle pokynů ošetřujícího lékaře nebo zdravotnického pracovníka.
3. Zkontrolujte, zda je ortéza nepoškozená a zda je vybrána správná velikost (podle velikosti nohy, EU) a výška (krátká verze 30 cm).

Kontraindikace

Nestabilní zlomeniny nebo zlomeniny proximální části holenní nebo lýtkové kosti.

120 kg

Hmotnostní limit. Ortéza není vhodná pro pacienty s tělesnou hmotností nad 120 kg.

Rizika

Při příliš pevném utažení může dojít k místním otlakům nebo zúžení cév či nervů. V následujících případech používání konzultujte s ošetřujícím lékařem:

- onemocnění nebo poranění kůže v místě aplikace, zejména při známkách zánětu (nadměrné teplo, otok, zarudnutí),
- poruchy citlivosti a prokrvení (např. při diabetu, křečových žilách),
- poruchy odtoku lymfy, včetně nejasných otoků měkkých tkání vedle místa aplikace.

Při nošení přiléhavých pomůcek může dojít k místnímu podráždění kůže, způsobenému mechanickým drážděním pokožky (zejména spolu s pocením) nebo materiálem.

Přerušte používání a kontaktujte lékaře

při bolesti, brnění, zarudnutí, otoku, změně barvy kůže nebo zhoršení potíží. Vzduchové komory nenafukujte nadměrně. Délku nošení a míru zatížení končetiny konzultujte vždy s ošetřujícím lékařem.

Jak ortézu nasadit

Postup nasazení krok za krokem – krátká verze (30 cm)

1



Rozepněte suché zipy a rozevřete vnitřní botu. Vložte do ní nohu a část bérce. **Vzduchové komory musí být při nasazování prázdné.**

2



Vnitřní botu zavřete tak, aby pevně přiléhala k noze.

3



Natočte ji tak, aby integrovaná pumpa byla uprostřed a později zapadla do výřezu v přední dlaze. Prsty nesmějí narážet do ochrany prstů.

4



Přiložte přední dlahu zepředu na holeň a dolní část nohy. Pumpa a ventil musí zapadnout do určeného výřezu.

5



Zapněte popruh na dolní části nohy.

6



Zapněte další popruh na chodidle. Popruhy zapínejte postupně od spodní části nahoru.

7



Zapněte horní popruh přes přední dlahu.

8



Zkontrolujte, zda všechny popruhy pevně přiléhají. Projděte se v ortéze, abyste ověřili, že je nasazená správně.

9



Nafoukněte vzduchové komory pumpou na pohodlný tlak – ventilek pootočte do polohy **INFLATE**. Vzduch můžete přidávat nebo vypouštět. Tlak upravujte podle změn otoku.

Správně nasazená ortéza







Péče a technické údaje

Sundání, údržba, skladování

Opakované používání

Výrobek je určen k individuálnímu ošetření jednoho pacienta nebo pacientky.

Upozornění

WalkerSan je zdravotnický prostředek. Pokud nejste odborný personál, neprovádějte samodiagnostiku ani samoléčbu. Před prvním použitím se poraďte s odborným personálem nebo lékařem.

Sundání ortézy

1. Pootočením ventilku do polohy **DEFLATE** vypusťte vzduch z ortézy.
2. Rozepněte suché zipy a botu sejměte.
3. Poté suché zipy opět zapněte – prodloužíte tím jejich životnost.

Údržba a čištění

Ruční praní 30 °C | **Ne do pračky** | **Ne k topení**

- Vyjměte vnitřní polštářek (vložku) z ortézy a vyperte ji. Ventil zcela uzavřete. Používejte jemný prací prostředek a perte v ruce při teplotě 30 °C.
- Botu otírejte vlhkým hadříkem a nechte ji volně uschnout.
- Neperte v pračce a nevystavujte přímému zdroji tepla (radiátor, fén apod.).
- Při silném znečištění použijte jemné mýdlo a botu opláchněte vodou.

Skladování

Botu skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.

Likvidace

Po skončení doby použitelnosti výrobek zlikvidujte podle platných místních předpisů.

Technické údaje

Typ	Pooperační hlezenní ortéza typu walker
Provedení	Krátká, výška 30 cm
Velikosti	S (EU 36–40), M (EU 40–44), L (EU 44–47)
Strana	Univerzální (levá i pravá)
Materiál	PP, PES, PU, EVA
Max. hmotnost	120 kg
Kód SÚKL	5003257
Kontakt	+420 541 422 911

SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída 240/75
612 00 Brno
Česko
e-mail: eshop@sanomed.cz
tel.: +420 541 422 911

MD **Medical Device**
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
PP, PES, PU,EVA

Ohlašovací povinnost:
Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.9.2026