Sanomed Stoma
Břišní stomický pás

Efektivní podpora a zpevnění břišní stěny po operaci nebo při stomii.



www.sanomed.cz

Návod k použití – pás Sanomed Stoma

Děkujeme, že jste si vybrali náš stomický pás. Tento návod vám pomůže pás správně používat.

Účel použití

Pás je určen k podpoře a zpevnění břišní stěny a zároveň umožňuje diskrétně skrýt stomický sáček.

Indikace

Stomie; kýla břišní stěny v kombinaci se stomií.

Kontraindikace

Alergie na latex. Jiné kontraindikace nejsou v současné době známy.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím pásu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- **Výrobek obsahuje latex.** Při citlivosti na latex se před použitím poraďte s lékařem.
- Nepoužívejte pás na otevřené rány ani na podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte pás používat a poraďte se s lékařem.
- Délku a způsob nošení, zejména po operaci, konzultujte s lékařem nebo stomasestrou.

Nasazení pásu

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je pás čistý a nepoškozený. Vhodnou velikost a výšku vyberte podle tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

1. Zkontrolujte, zda je pás suchý a čistý.
2. Ujistěte se, že máte správnou velikost a výšku pásu.
3. Umístěte otvor pásu nad stomický sáček. Otvor má průměr přibližně 8 cm a pomocí suchých zipů ho lze mírně zvětšit nebo zmenšit.
4. Sáček jemně protáhněte otvorem tak, aby byl zafixovaný na místě.
5. Utáhněte pás suchými zipy tak, aby pevně a stabilně přiléhal.
6. Pás má podpírat břišní stěnu, ale nesmí omezovat dýchání ani pohyb.

Sundání pásu

- Rozepněte suché zipy a pás sejměte.
- Poté suché zipy opět zapněte – prodloužíte tím jejich životnost.

Údržba a čištění

- Před praním zapněte všechny suché zipy.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30 °C, s jemným pracím prostředkem; doporučujeme použít síťku na praní.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce. Výrobek nevystavujte přímému působení tepla ani chladu.
- Řiďte se pokyny k péči na všité etiketě na horním okraji výrobku.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.

Skladování

Pás skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Pás neskládejte ani nezatěžujte, aby se nedeformoval.

Tabulka velikostí

Velikost	Obvod pasu
S	75–85 cm
M	85–95 cm
L	95–105 cm
XL	105–115 cm
XXL	115–125 cm

Obvod měřte krejčovským metrem v nejužším místě pasu. V hraničních případech se poraďte se stomasestrou.

Výška pásu

16 cm – běžné denní nošení a lehčí podpora.
26 cm – vyšší podpora břicha, vhodná při kýle nebo potřebě pevnější fixace.

SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída 240/75
612 00 Brno
Česko

e-mail: eshop@sanomed.cz

MD Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
50 % BA, 40 % PES, 10 % latex

Ohlašovací povinnost:
Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.7.2025