# Sanomed 202

## Epikondylární páska

Epikondylární neoprenová páska se silikonovou pelotou je určena k léčbě bolestivých syndromů v oblasti lokte, jako jsou tenisový nebo golfový loket.



**Velikost**

**UNI**

MD CE

**www.sanomed.cz**

# Návod k použití epikondylární pásky - 202

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám pomůže správně používat a udržovat bandáž pro dosažení nejlepších výsledků.

**Informace o účelu použití**
Tato epikondylární neoprenová páska typ se silikonovou pelotou je navržena k léčbě bolestivých syndromů v oblasti lokte, jako jsou tenisový nebo golfový loket

**Indikace:**
entezopatie v oblasti lokte (tenisový, golfový nebo oštěpařský loket).

**Kontraindikace:**
V současné době nejsou žádné známy.

**Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:**

- Používejte bandáž pouze podle pokynů vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.
- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

**Pokyny k nasazení / sundání**
Před nasazením bandáže si zkontrolujte, že je čistá a nepoškozená.

**Nasazení:**
1 – Pásku je možné nosit na levé i pravé ruce.

2 – Rozepnutou páskou obepněte předloktí asi 4-6 cm pod loktem.

3 – Silikonová pelota by měla být umístěna v případě tenisového lokte na vnější straně lokte jako na obrázku (přední strana)

4 - Poté pásku provlečte kovovým okem.

5 – Zatněte ruku v pěst a pásku utáhněte. Dbejte na to, aby se páska nepootočila a suchý zip zapněte.

6 – Páska by na paži měla držet pevně, aniž by klouzala nebo se rozepínala.

**Sundání:**
Uvolněte suché zipy a sundejte bandáž z ruky. Suchý zip znovu zapnete, čím prodloužíte životnost pásky.

**Údržba a čištění:**

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na etiketě všité na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čistící prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

**Doba použití / životnost výrobku**
Životnost zdravotnické prostředku je určena přirozeným opotřebením při řádné a vhodné manipulaci.

| | | |
|---|---|---|
| SANOMED, spol. s r.o.<br>Palackého třída 240/75<br>612 00 Brno<br>Czechia | MD Medical Device<br>(Zdravotnický prostředek)<br><br>Materiálové složení:<br>Neopren, silikon. | **Ohlašovací povinnost:**<br>Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu. |

Datum poslední revize: 1.7.2024